

試験報告書

依頼者 東洋産業 株式会社 殿

品名 マスク 1点


試験項目 ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(VFE)

2020年11月30日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2021年2月12日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
大阪事業所 生物ラボ



記

試験結果

No.	試料	ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(%)			
		No.1	No.2	No.3	平均
	#CR01 三層式プリーツマスク レギュラー				
①	#CW01-F 三層式プリーツマスク レディース	99.8	99.8	99.9	99.8
	#CK01-F 三層式プリーツマスク キッズ				

試験方法

ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(VFE)試験:ASTM F2101、準用

供試ウイルス:バクテリオファージ Phi X174 ATCC 13706-B1

宿主細菌:大腸菌 *E.coli* C ATCC 13706

試料

①

EN KAKEN KA

以上