

本報告書の全部又は一部の無断  
転載転用を固くお断りします。

KAKEN

No. OS-20-044090-2

## 試験報告書

依頼者 東洋産業 株式会社 殿  
品名 マスク 1点  
試験項目 マスクの人工血液バリア性

2020年11月6日付で当所に提出された試料の  
試験結果は、下記のとおりです。

2021年2月8日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号

一般財団法人

カケンテストセンター

大阪事業所

生物ラボ



### 記

#### 試験結果

マスクの人工血液バリア性  
・圧力 10.6kPa (80mmHg)

試料	人工血液の浸透の有無*								合計	
	RunNo.	判定	RunNo.	判定	RunNo.	判定	RunNo.	判定	×	○
ぎふマスク#GR01・#GW01	1	○	9	○	17	○	25	○	2	30
	2	○	10	○	18	○	26	○		
	3	○	11	○	19	○	27	○		
	4	○	12	×	20	○	28	○		
	5	○	13	×	21	○	29	○		
	6	○	14	○	22	○	30	○		
	7	○	15	○	23	○	31	○		
	8	○	16	○	24	○	32	○		

注\*○:浸透なし ×:浸透あり

#### 試験方法

マスクの人工血液バリア性:ASTM F1862 (ISO 22609)

#### 試料

EN KAKEN KA

以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口(ロット)全体の品質を報告するものではありません。  
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

確認	作成