

試験報告書

依頼者 東洋産業 株式会社 殿

品名 マスク 1点

試験項目 マスクの人工血液バリア性

2020年10月13日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2021年1月15日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号

一般財団法人

カケンテストセンター

大阪事業所



記

試験結果

マスクの人工血液バリア性

・圧力 16.0kPa (120mmHg)

試料	人工血液の浸透の有無*								合計	
	RunNo.	判定	RunNo.	判定	RunNo.	判定	RunNo.	判定	×	○
ナノソフトマスク #NSR01・#NSW01	1	○	9	○	17	○	25	○	0	32
	2	○	10	○	18	○	26	○		
	3	○	11	○	19	○	27	○		
	4	○	12	○	20	○	28	○		
	5	○	13	○	21	○	29	○		
	6	○	14	○	22	○	30	○		
	7	○	15	○	23	○	31	○		
	8	○	16	○	24	○	32	○		

注*○:浸透なし ×:浸透あり

試験方法

マスクの人工血液バリア性:ASTM F1862 (ISO 22609)

試料

.KEN KAKEN K

以上