

試験報告書

依頼者 東洋産業 株式会社 殿
品名 マスク 1点
試験項目 マスクの人工血液バリア性

2020年7月13日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2020年8月12日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 カケンテストセンター
大阪事業所 生物ラボ



記

試験結果

マスクの人工血液バリア性

・圧力 10.6kPa (80mmHg)

No.	試料*	人工血液の浸透の有無 (○:浸透なし ×:浸透あり)	
		RnNo.	判定
	#CR01 三層式プリーツマスク レギュラー	1	○
①	#CW01-F 三層式プリーツマスク レディース	2	○
	#CK01-F 三層式プリーツマスク キッズ	3	○

注*依頼者の指示により、測定回数を3回とした。

試験方法

マスクの人工血液バリア性:ASTM F1862 (ISO 22609)

試料

①

KAKEN KAKEN

以上